

## 蛍光イメージング顕微鏡システム DMi8 仕様書

納入機種については、以下の仕様(基準)をすべて満たすものとする。

### (1)構成内訳

ライカマイクロシステムズ社製 蛍光イメージング顕微鏡システム DMi8	一式
(構成内訳)	
1. 倒立顕微鏡 DMi8	一台
2. 対物レンズ HCX PL FLUOTAR 40x/0.75 PH2	一個
3. 対物レンズ HCX PL FLUOTAR 100x/1.30 PH3 OIL HCX	一個
4. デジタルカメラシステム DFC7000T キット	一式
5. 蛍光イメージングシステム LAS X (LAS X Expert)	一式

### (2)設置場所

生物資源学部棟 409 無菌室への設置費用を含むこととする。

### (3)納入期限

平成 29 年 1 月 10 日までに納入可能であること。

※引渡し後、速やかに使用できる状態で納入すること。

※引渡し完了後、納入者の立ち会いにより取り扱い説明を行うこと。

### (4)保証

納入物件の引渡し後 1 年以内に納入業者の責任による欠陥が生じた場合(消耗品は除く)には、無償にて修理または代品を納入するものとする。