

## 仕様書

納入物品については、以下の仕様をすべて満たすものとする。仕様を上回る機器・付属品の構成で入札しても差し支えない。ただし、総合評価はしない。

### 1. 購入物品の構成

|             |     |
|-------------|-----|
| 超音波画像診断装置本体 | 2 台 |
| 電子セクター探触子   | 2 本 |
| 電子リニア探触子    | 2 本 |

### 2. 超音波画像診断装置は以下の要件を満たすこと。

- 2-1 超音波画像診断装置本体はタブレット型であること。
- 2-2 表示モードは、B モード、カラードプラーモード、M モードを有していること。
- 2-3 装置本体の操作部は、全面タッチパネルであること。
- 2-4 表示画像は、左右の画像反転表示が可能であること。
- 2-5 保存画像の転送や外部モニターへ接続する為、デジタル出力端子（マイクロ USB、ミニ HDMI）を備えていること。
- 2-6 落下・振動に強い優れた耐久性を有し、振動に関しては MIL 規格の要件に適合していること。
- 2-7 装置本体内に静止画像・動画の保存が可能であり、マイクロ USB メモリへ PNG 形式、AVI 形式で転送出来ること。
- 2-8 Wi-Fi 接続環境下では静止画、動画を DICOM 形式で DICOM サーバーに転送できること。
- 2-9 装置本体にラーニング機能を有していること。
- 2-10 装置本体に操作説明の動画を内蔵していること。
- 2-11 片手で制御出来るようにインターフェース全体が上下反転し、左右の片手操作に対応可能であること。
- 2-12 日本語表示機能を有していること。
- 2-13 電子セクター探触子および電子リニア探触子を各 1 本ずつ、要すること

### 3. その他

- 3-1 搬入、調整を行うこと。
- 3-2 取扱説明を行うこと。