

バイオクリーンベンチ更新 仕様書

1. 納入品目【選定品】

日本エアータック(株)製 バイオクリーンベンチ BLB-1608/BLB-1308

(構成内訳)

- | | |
|----------------------|-----|
| ・バイオクリーンベンチ BLB-1608 | 6 台 |
| ・バイオクリーンベンチ BLB-1308 | 3 台 |
| ・ガスバーナー (フットスイッチ付) | 7 式 |
| ・バキューム配管 | 1 式 |
| ・バキュームポンプ+フットスイッチ | 1 式 |

2. 仕様

- ① ワークエリアの内装は、耐薬品性・耐久性にすぐれたステンレス製 (SUS304) であること。
- ② リサイクル気流式 (循環排気式) を採用していること。
- ③ 清浄度は、ISO クラス 5 (クラス 100) であること。
- ④ 集塵効率は、0.3 μm 粒子にて 99.99% 以上であること。
- ⑤ 作業室内の照明は LED 照明であり、明るさは 5 段階に調光可能であること。
- ⑥ 運転モードには、省エネ・低騒音の ECO モードを搭載していること。
- ⑦ ガスバーナーはフットスイッチに対応していること。

3. 納入について

3-1. 納入場所

公立大学法人福井県立大学 永平寺キャンパス 生物資源学部棟

4 階 BW-401 : 2 台、BW-409 : 1 台、BN-411 : 1 台、BN-415 : 1 台

5 階 BN-513 : 2 台

6 階 BW-601 : 1 台、BN-615 : 1 台

3-2. 納入期限

2024 年 3 月 29 日

3-3. その他

- ① 輸送費・搬入設置費および現有機 10 台の解体・搬出費を含むこと。
- ② ホルマリン滅菌・中和作業費を含むこと。
- ③ 引渡し後、速やかに使用できる状態で納入すること。
- ④ 引渡し完了後、納入者の立ち会いにより、本学担当教員学生に対して取扱説明を行うこと。
- ⑤ 納入物件引渡し後 1 年以内に納入業者の責任による欠損が生じた場合、無償にて修理もしくは代品を納入するものとする。(消耗品は除く。)