

正立型顕微鏡用デジタルカメラシステム一式 仕様書

1. 納入品目（基準品）

Carl Zeiss Microscopy 社製

- ・AxioCam 820 color デジタルカメラシステム 一式
- ・Microscopy Workstation Compact HP Z2 G9 一式
- ・暗幕カーテン 一式

納入機種については、以下の仕様（基準）をすべて満たすものとする。

2. 仕様

2-1. AxioCam 820 color デジタルカメラシステム

- ① カメラは正方形タイプのCMOS カラーセンサーを備えていること。
- ② カメラのセンサーサイズは12.4mm x 12.4mm 以上であり対角17.5mm 相当であること。
- ③ カメラの画素数は4512(H) x 4512(V) 以上であること。
- ④ カメラのピクセルサイズは2.74 μ m x 2.74 μ m 以下であること。
- ⑤ カメラにはデータ転送、電源供給用のUSB3.0 インターフェイスが2つ備わっていること

2-2. Microscopy Workstation Compact HP Z2 G9

- ① CPUはIntel Core i5-12500 相当以上であること。
- ② メモリ規格はDDR5 であり32GB 以上の容量であること。
- ③ ハードディスクは8TB 以上の容量があること。
- ④ OSはWindows10 Enterprise LTSC、またはLTSCが搭載されていること。
- ⑤ 既存のAxioVision ソフトウェアから現行のZEN ソフトウェアへの更新が可能であること。

2-3. 暗幕カーテン

- ① カメラ設置場所のカーテンボックス下にレールを設置し、暗幕カーテンをはること。

3. 納入について

3-1. 納入場所

公立大学法人福井県立大学 永平寺キャンパス 生物資源学部棟5階 BN516 実験室

3-2. 納入期限

2024年12月27日

3-3. その他

- ① 納入担当者は請求担当者指定の場所に設置を行い、双方の立会いのもと動作確認を行うこと。
- ② 納品に関し問題が生じた際、納入担当者は速やかに請求担当者に連絡を取り協議すること。
- ③ 納入担当者は請求担当者からの設置に関する質問に対し迅速かつ適切に対応すること。
- ④ 本仕様書に記載なき事項については、各担当者との協議の上決定するものとする。