

仕様書

1. 納入品目（基準品）

富士フイルム社製

乾式臨床化学分析装置ドライケム NX700V 1台

納入機種については、以下の仕様を（基準）をすべて満たすものとする。

2. 仕様

- ① 比色法、電極法による測定であること
- ② 測定項目：比色 21 項目、電解質 3 項目
- ③ 処理能力：比色 180 テスト/時、電解質 90 テスト/時
- ④ 測定可能検体：血漿、血清、全血
- ⑤ 検体量：比色法 10 μ L、電解質 50 μ L
- ⑥ プリンター：内蔵（感熱式）

3. 納入について

3-1. 納入場所

公立大学法人福井県立大学 永平寺キャンパス 生物資源学部棟 4 階 BN415 実験室

3-2. 納入期限

2024 年 12 月 27 日

3-3. その他

納入物件の引渡し後 1 年以内に納入業者の責任による欠陥が生じた場合（消耗品は除く）には、無償にて修理または代品を納入するものとする。