

冷凍機付インキュベーター 仕様書

納入機種については、以下の仕様を（基準）をすべて満たすものとする。

（１）納入物品

PHC（株）

冷凍機付インキュベーター MIR-554-PJ 本体 3 台

（２）仕様

- ・庫内容量は400L以上であること。
- ・外寸は幅800×奥行835×高さ1810mm以内であること。
- ・本体重量は200kg以内であること。
- ・温度制御範囲は-10℃～60℃で設定できること。
- ・扉の開閉方向が右開き扉であること。
- ・液晶コントロールパネルを有していること。温度表示方式はデジタル表示式（分解能：0.1℃）であること。
- ・警報機能は高温警報、低温警報、独立過昇・過冷防止装置が備わっていること。
- ・キーロック機能は4桁パスワード入力であること。
- ・データログ機能は、炎天履歴（庫内温度・照度ON-OFF）をグラフで表示できること。またログ周期設定は2～30分（初期値6分、最大70日分保存）できること。
- ・付属品として測定孔ゴム栓4個、棚5枚、棚受20個、鍵1セットが含まれていること。

（３）設置場所

福井県小浜市学園町1-1

福井県立大学小浜キャンパス 海洋生物資源学部棟

（４）納入期限

令和8年2月27日（金）

（５）その他の要件

- ・納入物品の輸送費のほか搬入、組立据付、試運転および調整などに要する一切の経費を含むこと。

- ・発生材の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適切に処理すること。
- ・作業時等には適切な養生を行い、本学の建物、設備等に損傷を与えないよう十分な注意を払うこと。損傷を与えた場合は、納入者の負担で直ちに修復すること。
- ・本学が用意した1次側設備以外に電源設備などが必要な場合は、納入者において用意することとし、これに要する経費を含むこと。
- ・納入物品が正常に機能するよう調整するとともに、引渡し後、速やかに使用できる状態で納入すること。
- ・納期について本学と事前に打合せを行い、納入物品の搬入、組立据付、電気工事、試運転、調整などの作業を実施する際は、本学の業務に支障をきたさないよう注意すること。
- ・納品時に取扱説明書および製品仕様書を提出するとともに、安全操作及び一般的な保守についての講習を本学が指定する日時場所で開催し、十分な教育を行うものとする。
- ・納入物品の全てを指定場所に搬入し、必要な各種作業を実施した上で、発注者の立ち会いのもと仕様を満たしていることの確認を行い、納入完了とする。
- ・保証期間は納入検査確認後1年間以上とし、通常の使用により故障あるいは不具合が生じた場合は、速やかに無償での点検修理または代品交換に応じること。
- ・本仕様書に定める事項もしくは定めのない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議し定めるものとする。